

PrimeLab2.0 パラメータ・試薬リスト

※ 本資料は事前の通知なく変更となる可能性がありますので、予めご了承ください。

用途：● 上水 ● 下水 ● 海水 ⑧ ボイラ ⑨ プール ⑩ 船舶

| グループ   | 説明                | パラメータ                | ID | 測定範囲      | 単位                         | 試薬タイプ | 型式                                                    | 試薬                                                                                   | 用途  | 毒劇該当 |
|--------|-------------------|----------------------|----|-----------|----------------------------|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 活性酸素   | 活性酸素              | Active Oxygen        | 1  | 0 — 40    | mg/l (MPS)                 | タブレット | TbsPD4                                                | DPD N°4 Photometer                                                                   | ●⑧● | 該当なし |
| アンモニア  | アンモニア（低濃度）        | Ammonia (LR pow)     | 2  | 0 — 1     | mg/l (N)                   | 粉末    | PPHAM1<br>PPPAM2<br>PPHAMsw                           | Ammonia N°1 Photometer<br>Ammonia N°2 Photometer<br>Ammonia Sea-Water condensed pow. | ●●● | ✓    |
| アルミニウム | アルミニウム            | Aluminium            | 4  | 0 — 0.3   | mg/l (Al)                  | タブレット | TbsHALM1<br>TbsPALM2                                  | Aluminium N°1 Photometer<br>Aluminium N°2 Photometer                                 | ●   | 該当なし |
| アルカリ度  | Mアルカリ度            | Alkalinity M         | 5  | 5 — 200   | mg/l (CaCO <sub>3</sub> )  | タブレット | TbsPTA                                                | Alkalinity-M Photometer                                                              | ●⑨  | 該当なし |
| アルカリ度  | Pアルカリ度            | Alkalinity P         | 6  | 25 — 300  | mg/l (CaCO <sub>3</sub> )  | タブレット | TbsPAP                                                | Alkalinity-P Photometer                                                              | ●   | 該当なし |
| ホウ素    | ホウ素               | Boron                | 7  | 0 — 2     | mg/l (B)                   | タブレット | TbsHBO1<br>TbsPBO2                                    | Boron N°1 Photometer<br>Boron N°2 Photometer                                         | ●   | 該当なし |
| 臭素     | 臭素<br>(塩素含有)      | Bromine total□       | 8  | 0 — 9     | mg/l (tBr <sub>2</sub> )   | タブレット | TbsPD1                                                | DPD N°1 Photometer                                                                   | ●●● | 該当なし |
| 臭素     | 臭素<br>(塩素非含有)     | Bromine total        | 8  | 0 — 9     | mg/l (tBr <sub>2</sub> )   | タブレット | TbsPD1<br>TbsHGC                                      | DPD N°1 Photometer<br>Glycine                                                        | ●●● | 該当なし |
| 硬度     | カルシウム硬度（高濃度）      | Hardn.- Calcium (HR) | 9  | 50 — 1000 | mg/l (CaCO <sub>3</sub> )□ | タブレット | TbsPCH                                                | Calcium Hardness Photometer                                                          | ●   | 該当なし |
| 塩化物    | 塩化物               | Chloride             | 10 | 0.5 — 25  | mg/l (Cl <sup>-</sup> )    | タブレット | TbsHCRD1<br>TbsPCRD2                                  | Chloride N°1 Photometer<br>Chloride N°2 Photometer                                   | ●●● | ✓    |
| 塩素     | 塩素<br>(遊離/結合/全)   | Chlorine free        | 11 | 0 — 8     | mg/l (fCl <sub>2</sub> )   | タブレット | TbsPD1<br>TbsPD3<br>TBSHCH1                           | DPD N°1 Photometer<br>DPD N°3 Photometer<br>DPD N°1 High Calcium Photometer          | ●●● | 該当なし |
| 塩素     | 塩素<br>(遊離/結合/全)   | Chlorine Free        | 12 | 0.03 — 4  | mg/l (fCl <sub>2</sub> )   | 液体    | PL30-/PL65DPD1A<br>PL30-/PL65DPD1B<br>PL30-/PL65DPD3C | PL DPD 1 A<br>PL DPD 1 B<br>PL DPD 3 C                                               | ●●● | 該当なし |
| 塩素     | 塩素（高濃度）<br>(KI試薬) | Chlorine HR (KI tab) | 14 | 5 — 200   | mg/l (Cl <sub>2</sub> )    | 粉末    | PPPCLHR<br>PPHAFG                                     | Chlorine H+V12,A11:K15otometer<br>Acidifying GP                                      | ●●● | 該当なし |
| 塩素     | 塩素（高濃度）           | Chlorine HR (KI liq) | 15 | 0 — 200   | mg/l (Cl <sub>2</sub> )    | 液体    | PL65CIHR1<br>PL30-/PL65CIHR2                          | PL Chlorine HR N°1<br>PL Chlorine HR N°2                                             | ●●● | 該当なし |
| 二酸化塩素  | 二酸化塩素<br>(塩素非含有)  | Chlorine Dioxide     | 16 | 0 — 15    | mg/l (ClO <sub>2</sub> )   | タブレット | TbsPD1                                                | DPD N°1 Photometer                                                                   | ●●● | 該当なし |
| 二酸化塩素  | 二酸化塩素<br>(塩素含有)   | Chlorine Dioxide     | 16 | 0 — 15    | mg/l (ClO <sub>2</sub> )   | タブレット | TbsPD1<br>TbsHGC                                      | DPD N°1 Photometer<br>Glycine                                                        | ●●● | 該当なし |
| COD    | COD（高濃度）          | COD (HR)             | 17 | 0 — 15000 | mg/l (O <sub>2</sub> )     | 試薬キット | COD-17-HR                                             | COD HR (tube test)                                                                   | ●●● | ✓    |

PrimeLab2.0 パラメータ・試薬リスト

※ 本資料は事前の通知なく変更となる可能性がありますので、予めご了承ください。

用途：● 上水 ● 下水 ● 海水 ⑧ ボイラ ⑨ プール ⑩ 船舶

| グループ    | 説明                         | パラメータ              | ID | 測定範囲      | 単位                                                   | 試薬タイプ | 型式                               | 試薬                                                         | 用途  | 毒劇該当 |
|---------|----------------------------|--------------------|----|-----------|------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|------|
| 銅       | 銅<br>(遊離/結合/全)             | Copper free        | 18 | 0 — 5     | mg/l (fCu)                                           | タブレット | TbsHCu1<br>TbsPCu2               | Copper N°1 Photometer<br>Copper N°2 Photometer             | ●●● | 該当なし |
|         | 銅                          | Copper free (pow)  | 19 | 0 — 5     | mg/l (fCu)                                           | 粉末    | PLpow 10-/PLpow20Cu1             | PL Copper N°1                                              | ●●● | 該当なし |
|         | シアヌル酸                      | Cyanuric Acid      | 20 | 0 — 160   | mg/l (CYA)                                           | タブレット | TbsPCAT                          | CYA Photometer                                             | ●●  | 該当なし |
|         | DEHA<br>(アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル) | DEHA               | 21 | 20 — 1000 | μg/l (DEHA)                                          | 液体    | PL65OxyScav1<br>PL65OxyScav2     | PL Oxygen Scavenger N°1<br>PL Oxygen Scavenger 2           | ●●● | ✓    |
|         | ヒドラジン                      | Hydrazine          | 23 | 0 — 600   | μg/l (N <sub>2</sub> H <sub>4</sub> )                | 液体    | PL65Hydraz1                      | PL Hydrazine N°1                                           | ●   | ✓    |
|         | 過酸化水素                      | 過酸化水素 (低濃度)        | 24 | 0 — 3.8   | mg/l (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> )                | タブレット | TbsPHP                           | Hydrogen Peroxide LR Photometer                            | ⑨   | 該当なし |
|         | 過酸化水素                      | 過酸化水素 (低濃度)        | 25 | 0 — 200   | mg/l (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> )□               | 液体    | PL30-/PL65HydHRP1<br>PL65HydHRP2 | PL Hydrogen Peroxide HR N°1<br>PL Hydrogen Peroxide HR N°2 | ⑨   | ✓    |
|         | ハイドロキノ                     | Hydroquinone       | 26 | 0 — 2.5   | mg/l (C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub> ) | 液体    | PL65OxyScav1<br>PL65OxyScav2     | PL Oxygen Scavenger 1<br>PL Oxygen Scavenger 2             | ⑧   | ✓    |
|         | ヨウ素                        | Iodine             | 27 | 0 — 14    | mg/l (I <sub>2</sub> )                               | タブレット | TbsPD1                           | DPD N°1 Photometer                                         | ●●● | 該当なし |
|         | 鉄                          | 鉄 (低濃度)            | 28 | 0 — 1     | mg/l (Fe <sup>2+</sup> /Fe <sup>3+</sup> )           | タブレット | TbsPILR                          | Iron LR Photometer                                         | ●●● | 該当なし |
|         | 鉄                          | 溶解鉄 (中濃度)          | 29 | 0 — 10    | mg/l (Fe <sup>2+</sup> /Fe <sup>3+</sup> )           | 粉末    | PLpow20IronMR1                   | PL Iron MR N°1                                             | ●●● | 該当なし |
|         | 鉄                          | 全鉄 (中濃度)           | 29 | 0 — 10    | mg/l (Fe <sup>2+</sup> /Fe <sup>3+</sup> )           | 粉末    | PLpow20IronMR1                   | PL Iron MR N°1                                             | ●●● | 該当なし |
|         | 鉄                          | 全鉄 (高濃度)           | 30 | 0 — 20    | mg/l (Fe <sup>2+</sup> /Fe <sup>3+</sup> )           | 液体    | PL65IronHR1<br>PL30IronHR2       | PL Iron HR N°1<br>PL Iron HR N°2                           | ●●● | ✓    |
|         | 鉄                          | 溶解鉄 (高濃度)          | 30 | 0 — 20    | mg/l (Fe <sup>2+</sup> /Fe <sup>3+</sup> )           | 液体    | PL65IronHR1<br>PL30IronHR2       | PL Iron HR N°1<br>PL Iron HR N°2                           | ●●● | ✓    |
|         | マンガン                       | マンガン               | 31 | 0.2 — 5   | mg/l (Mn)                                            | 粉末    | PPHMGNSLR1<br>PPPMGNSLR2         | Manganese LR N°1 Photometer<br>Manganese LR N°2 Photometer | ●●  | ✓    |
| モリブデン酸塩 | モリブデン酸塩                    | Molybdate (HR tab) | 32 | 1 — 100   | mg/l (MoO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )               | タブレット | TbsHMDH1<br>TbsPMDH2             | Molybdate N°1 HR Photometer<br>Molybdate N°2 HR Photometer | ●●  | 該当なし |

PrimeLab2.0 パラメータ・試薬リスト

※ 本資料は事前の通知なく変更となる可能性がありますので、予めご了承ください。

用途：● 上水 ● 下水 ● 海水 ⑧ ボイラ ⑨ プール ⑩ 船舶

| グループ                                                                                                                                                | 説明                        | パラメータ                     | ID | 測定範囲      | 単位                                     | 試薬タイプ       | 型式                            | 試薬                                                         | 用途    | 毒劇該当 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----|-----------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|------|
| モリブデン酸塩<br><br>硝酸塩<br><br>亜硝酸塩<br><br>亜硝酸塩<br><br>オゾン<br><br>オゾン<br><br>pH<br><br>pH<br><br>pH<br><br>pH<br><br>pH<br><br>PHMB<br>(ポリヘキサメチレンピグアナイド) | モリブデン酸塩（高濃度liq）           | Molybdate (HR liq)        | 33 | 5 — 200   | mg/l (MoO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ) | 液体          | PL65Moly1                     | PL Molybdate N°1                                           | ● ●   | ✓    |
|                                                                                                                                                     | 硝酸塩                       | Nitrate                   | 34 | 0 — 11    | mg/l (N)                               | 粉末          | PLpow20Nitra1<br>PL65Nitra2   | PL Nitrate N°1<br>PL Nitrate N°2                           | ● ●   | 該当なし |
|                                                                                                                                                     | 亜硝酸塩                      | Nitrite (LR)              | 35 | 0 — 0.5   | mg/l (N)                               | 粉末          | PPPNiLR                       | Nitrite LR Photometer                                      | ● ● ● | 該当なし |
|                                                                                                                                                     | 亜硝酸塩                      | Nitrite (HR pow)          | 36 | 5 — 200   | mg/l (NaNO <sub>2</sub> )              | 粉末          | Plpow10-/Plpow20-NitriHR1     | PL Nitrite HR N°1                                          | ⑧     | 該当なし |
|                                                                                                                                                     | オゾン                       | オゾン（塩素を含まない場合）            | 37 | 0 — 5.4   | mg/l (O <sub>3</sub> )                 | タブレット       | TbsPD1<br>TbsPD3              | DPD N°1 Photometer<br>DPD N°3 Photometer                   | ⑨ ●   | 該当なし |
|                                                                                                                                                     | オゾン                       | オゾン（塩素を含む場合）              | 37 | 0 — 5.4   | mg/l (O <sub>3</sub> )                 | タブレット       | TbsPD1<br>TbsPD3<br>TbsHGC    | DPD N°1 Photometer<br>DPD N°3 Photometer<br>Glycine        | ⑨ ●   | 該当なし |
|                                                                                                                                                     | pH                        | pH値（中濃度）                  | 38 | 6.4 — 8.4 | (pH)                                   | タブレット       | TbsPpH                        | Phenol Red Photometer                                      | ●     | 該当なし |
|                                                                                                                                                     | pH                        | pH値（中濃度）                  | 39 | 6.4 — 8.4 | (pH)                                   | 液体          | PL65PhenRed                   | PL pH 6.5 - 8.4                                            | ●     | 該当なし |
|                                                                                                                                                     | pH                        | pH値（低濃度）                  | 40 | 5.2 — 6.8 | (pH)                                   | タブレット       | TbsPpHLR                      | pH-LR Photometer                                           | ●     | 該当なし |
|                                                                                                                                                     | pH                        | pH値（広範囲）                  | 41 | 5 — 11    | (pH Univ)                              | タブレット       | TbsPUPH                       | Universal pH Photometer                                    | ●     | 該当なし |
|                                                                                                                                                     | pH                        | pH値（広範囲）                  | 42 | 4 — 11    | (pH Univ)                              | 液体          | PL65UnivpH                    | PL pH 4-11                                                 | ●     | 該当なし |
|                                                                                                                                                     | PHMB<br>(ポリヘキサメチレンピグアナイド) | PHMB<br>(ポリヘキサメチレンピグアナイド) | 43 | 2 — 60    | mg/l (PHMB)                            | タブレット       | TbsPPB                        | PHMB Photometer                                            | ⑨     | 該当なし |
|                                                                                                                                                     | リン酸塩                      | オルトリン酸塩（低濃度、タブレット）        | 44 | 0 — 4     | mg/l (PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> )  | 粉末<br>タブレット | PPHPPLR1<br>TbsPPPLR2         | Phosphate LR N°1 Photometer<br>Phosphate LR N°2 Photometer | ● ● ● | ✓    |
|                                                                                                                                                     | リン酸塩                      | オルトリン酸塩（低濃度、液体）           | 45 | 0 — 4     | mg/l (PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> )  | 液体          | PL65PPLR1<br>PLpow10-/20PPLR2 | PL Phosphate LR N°1<br>PL Phosphate LR 2                   | ● ● ● | 該当なし |
|                                                                                                                                                     | リン酸塩                      | オルトリン酸塩（高濃度、タブレット）        | 46 | 0 — 80    | mg/l (PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> )  | 粉末<br>タブレット | PPHPPHR1<br>TbsPPPHR2         | Phosphate HR N°1 Photometer<br>Phosphate HR N°2 Photometer | ● ● ● | ✓    |
|                                                                                                                                                     | リン酸塩                      | オルトリン酸塩（高濃度、液体）           | 47 | 0 — 100   | mg/l (PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> )  | 液体          | PL65PPHR1<br>PL65PPHR2        | PL Phosphate HR N°1<br>PL Phosphate HR N°2                 | ● ● ● | ✓    |
| カリウム                                                                                                                                                | カリウム                      | Potassium                 | 48 | 0.7 — 12  | mg/l (K)                               | タブレット       | TbsPPTST                      | Potassium Photometer                                       | ● ● ● | 該当なし |

PrimeLab2.0 パラメータ・試薬リスト

※ 本資料は事前の通知なく変更となる可能性がありますので、予めご了承ください。

用途：● 上水 ● 下水 ● 海水 ⑧ ボイラ ⑨ プール ⑩ 船舶

| グループ | 説明               | パラメータ               | ID | 測定範囲       | 単位                                      | 試薬タイプ | 型式                                                                     | 試薬                                                                  | 用途  | 毒劇該当  |
|------|------------------|---------------------|----|------------|-----------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| シリカ  | シリカ（低濃度）         | Silica (LR)         | 49 | 0 — 5      | mg/l (SiO <sub>2</sub> )                | 液体    | PL25SiLR1<br>PL25SiLR2<br>PPPSiLR350                                   | PL Silica LR N°1<br>PL Silica LR N°2<br>Silica N°3 Photometer       | ●   | 該当なし  |
|      | シリカ（高濃度）         | Silica (HR)         | 50 | 0 — 100    | mg/l (SiO <sub>2</sub> )                | 粉末    | Plpow10-/Plpow20SiHR1<br>PLPOW30-/PLPOW60SiHR2<br>PLPOW10SiHR3         | PL Silica HR N°1<br>PL Silica HR N°2<br>PL Silica HR N°3            | ●   | 該当なし  |
|      | 次亜塩素酸ナトリウム       | Sodium Hypochlorite | 51 | 0.2 — 40   | % (NaOCl)                               | 粉末    | PPPClHR                                                                | Chlorine HR (KI) Photometer<br>Acidifying GP                        | ●●● | 該当なし  |
|      | 硫化物              | Sulphide (tab)      | 52 | 0.04 — 0.5 | mg/l (S <sup>2-</sup> )                 | タブレット | TbsHSULFD1<br>TbsPSULFD2                                               | Sulphide N°1 Photometer<br>Sulphide N°2 Photometer                  | ●●● | 該当なし  |
|      | 亜硫酸塩             | Sulphite (LR)       | 53 | 0 — 5      | mg/l (Na <sub>2</sub> SO <sub>3</sub> ) | タブレット | TbsPSULFTLR                                                            | Sulphite LR Photometer                                              | ●●● | 該当なし  |
|      | 硫酸塩              | Sulphate (tab)      | 54 | 5 — 100    | mg/l (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )   | 粉末    | PPPSULP                                                                | Sulphate Photometer                                                 | ●●● | ✓     |
|      | 硫酸塩              | Sulphate (pow)      | 55 | 5 — 100    | mg/l (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )   | 粉末(缶) | PLpow10SULPHA1                                                         | PL Sulphate N°1                                                     | ●●● | ✓     |
|      | 硬度               | Hardn.- Total (LR)  | 56 | 2 — 50     | mg/l (CaCO <sub>3</sub> )□              | タブレット | TbsPTH                                                                 | Total Hardness Photometer                                           | ●   | 該当なし  |
|      | 硬度               | Hardn.- Total (HR)  | 57 | 20 — 500   | mg/l (CaCO <sub>3</sub> )□              | タブレット | TbsPTH                                                                 | Total Hardness Photometer                                           | ●   | 該当なし  |
|      | 濁度               | Turbidity           | 59 | 20 — 1000  | FAU (Turb)                              | —     | —                                                                      | —                                                                   |     | 薬品不使用 |
|      | 亜鉛               | Zinc                | 62 | 0 — 1      | mg/l (Zn)                               | タブレット | TbsPCZ<br>TbsHED                                                       | Copper/Zinc LR Photometer<br>EDTA                                   | ●●  | 該当なし  |
|      | 亜鉛               | Zinc                | 62 | 0 — 1      | mg/l (Zn)                               | タブレット | TbsPCZ<br>TbsHED<br>TbsHDC                                             | Copper/Zinc LR Photometer<br>EDTA<br>Dechlor                        | ●●  | ✓     |
|      | 臭素<br>(塩素非含有)    | Bromine free        | 63 | 0 — 9      | mg/l (fBr <sub>2</sub> )                | 液体    | PL30-/PL65DPD1A<br>PL30-/PL65DPD1B<br>PLpow20DPDNitr                   | PL DPD 1 A<br>PL DPD 1 B<br>PL DPD Nitrite Powder                   | ●●● | ✓     |
|      | 臭素<br>(塩素含有)     | Bromine free        | 63 | 0 — 9      | mg/l (fBr <sub>2</sub> )                | 液体    | PL30-/PL65DPD1A<br>PL30-/PL65DPD1B<br>PLpow20DPDNitr<br>PL30DPDGlycine | PL DPD 1 A<br>PL DPD 1 B<br>PL DPD Nitrite Powder<br>PL DPD Glycine | ●●● | ✓     |
|      | 二酸化塩素<br>(塩素非含有) | Chlorine Dioxide    | 64 | 0 — 7.6    | mg/l (ClO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )   | 液体    | PL30-/PL65DPD1A<br>PL30-/PL65DPD1B                                     | PL DPD 1 A<br>PL DPD 1 B                                            | ●●● | 該当なし  |
|      | 二酸化塩素<br>(塩素含有)  | Chlorine Dioxide    | 64 | 0 — 7.6    | mg/l (ClO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )   | 液体    | PL30-/PL65DPD1A<br>PL30-/PL65DPD1B<br>PL30DPDGlycine                   | PL DPD 1 A<br>PL DPD 1 B<br>PL DPD Glycine                          | ●●● | 該当なし  |

PrimeLab2.0 パラメータ・試薬リスト

※ 本資料は事前の通知なく変更となる可能性がありますので、予めご了承ください。

用途：● 上水 ● 下水 ● 海水 ⑧ ボイラ ⑨ プール ⑩ 船舶

| グループ                                                           | 説明                                                             | パラメータ                           | ID | 測定範囲     | 単位                                       | 試薬タイプ | 型式                                                            | 試薬                                                                                                                             | 用途  | 毒劇該当  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|----------|------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| DBNPA<br>(2,2-ジプロモ-2-シアノ<br>アセトアミド, 2,2-ジプロモ-3-<br>トリメチロキシアミド) | DBNPA<br>(2,2-ジプロモ-2-シアノアセトアミド)                                | DBNPA                           | 65 | 0 — 13   | mg/l (DBNPA)                             | 液体    | PL30-/PL65DPD1A<br>PL30-/PL65DPD1B<br>PL30-/PL65DPD3C         | PL DPD 1 A<br>PL DPD 1 B<br>PL DPD 3 C                                                                                         | ●●● | 該当なし  |
|                                                                | 過酸化水素 (高濃度)                                                    | Hydrogen Peroxide (LR liq)      | 66 | 0 — 1.9  | mg/l (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> )    | 液体    | PL30HydLRP1<br>PL30HydLRP2                                    | PL Hydrogen Peroxide LR N°1<br>PL Hydrogen Peroxide LR N°2                                                                     | ⑨   | 該当なし  |
|                                                                | ヨウ素                                                            | Iodine                          | 67 | 0 — 14   | mg/l (I <sub>2</sub> )                   | 液体    | PL30-/PL65DPD1A<br>PL30-/PL65DPD1B                            | PL DPD 1 A<br>PL DPD 1 B                                                                                                       | ●●● | 該当なし  |
|                                                                | 次亜塩素酸ナトリウム                                                     | Sodium Hypochlorite             | 68 | 0.2 — 40 | % (NaOCl)                                | 液体    | PL65CIHR1<br>PL30-/PL65CIHR2                                  | PL Chlorine HR N°1<br>PL Chlorine HR N°2                                                                                       | ●●● | 該当なし  |
|                                                                | メチルエチルケトンオキシム                                                  | Methylethylketoxime             | 69 | 0 — 4.1  | mg/l (C <sub>4</sub> H <sub>9</sub> NO)  | 液体    | PL65OxyScav1<br>PL65OxyScav2                                  | PL Oxygen Scavenger 1<br>PL Oxygen Scavenger 2                                                                                 | ⑧   | ✓     |
|                                                                | エリソルビン酸                                                        | Erythorbic Acid                 | 70 | 0 — 3.5  | mg/l (EA)□                               | 液体    | PL65OxyScav1<br>PL65OxyScav2                                  | PL Oxygen Scavenger 1<br>PL Oxygen Scavenger 2                                                                                 | ⑧   | ✓     |
|                                                                | カルボヒドラジド                                                       | Carbohydrazide                  | 71 | 0 — 1.3  | mg/l                                     | 液体    | PL30-/PL65OxyScav1<br>PL65OxyScav2                            | PL Oxygen Scavenger 1<br>PL Oxygen Scavenger 2                                                                                 | ⑧   | ✓     |
|                                                                | 硬度                                                             | カルシウム硬度                         | 78 | 0 — 500  | mg/l (CaCO <sub>3</sub> )                | タブレット | TbsHCH1<br>TbsPCH2                                            | Calcium Hardness N°1 Photometer<br>Calcium Hardness N°2 Photometer                                                             | ●   | 該当なし  |
|                                                                | COD                                                            | COD (低濃度)                       | 79 | 0 — 150  | mg/l (O <sub>2</sub> )                   | 試薬キット | COD-79-LR                                                     | COD LR (tube test)                                                                                                             | ●●● | ✓     |
|                                                                | COD                                                            | COD (中濃度)                       | 80 | 0 — 1500 | mg/l (O <sub>2</sub> )                   | 試薬キット | COD-80-MR                                                     | COD MR (tube test)                                                                                                             | ●●● | ✓     |
|                                                                | SS(浮遊物質質量)                                                     | SS<br>(浮遊物質質量)                  | 81 | 0 — 750  | mg/l (TSS)                               | —     | —                                                             | —                                                                                                                              |     | 薬品不使用 |
|                                                                | DBNPA<br>(2,2-ジプロモ-2-シアノ<br>アセトアミド, 2,2-ジプロモ-3-<br>トリメチロキシアミド) | DBNPA<br>(2,2-ジプロモ-2-シアノアセトアミド) | 82 | 0 — 13   | mg/l (DBNPA)                             | タブレット | TbsPD1<br>TbsPD3                                              | DPD N°1 Photometer<br>DPD N°3 Photometer                                                                                       |     | 該当なし  |
|                                                                | ポリアクリル酸塩                                                       | Polyacrylate                    | 85 | 1 — 30   | mg/l (Polyac.)                           | 液体    | PL65PLYA1<br>PL65PLYA 2                                       | PL Polyacrylate N°1<br>PL Polyacrylate N°2                                                                                     | ●●● | ✓     |
|                                                                | ホスホン酸塩                                                         | Phosphonate (liq)               | 87 | 0 — 20   | mg/l (PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> )    | 粉末    | PLpow20PPHON1<br>PLpow20PPHON2<br>PL65PPHON3<br>PLpow20PPHON4 | PL Phosphonate N°1<br>PL Phosphonate N°2<br>PL Phosphonate N°3<br>PL Phosphonate N°4                                           | ⑧   | ✓     |
|                                                                | イソチアゾリン                                                        | Isothiazolinone (liq)           | 88 | 0 — 10   | mg/l (C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> NOS) | 液体    | PL30Isoz1<br>PL65Isoz2<br>PL65Isoz3<br>PL65Isoz4<br>PL30Isoz5 | PL Isothiazolinone N°1<br>PL Isothiazolinone N°2<br>PL Isothiazolinone N°3<br>PL Isothiazolinone N°4<br>PL Isothiazolinone N°5 | ⑨   | ✓     |
|                                                                | ニッケル                                                           | ニッケル (高濃度tab)                   | 90 | 0 — 7    | mg/l (Ni)                                | タブレット | TbsHNickHR1<br>TbsPNickHR2                                    | Nickel HR N°1 Photometer<br>Nickel HR N°2 Photometer                                                                           | ●●● | 該当なし  |

PrimeLab2.0 パラメータ・試薬リスト

※ 本資料は事前の通知なく変更となる可能性がありますので、予めご了承ください。

用途：● 上水 ● 下水 ● 海水 ⑧ ボイラ ⑨ プール ⑩ 船舶

| グループ | 説明              | パラメータ                              | ID  | 測定範囲     | 単位                                      | 試薬タイプ    | 型式                                                                                                                   | 試薬                                                                                                   | 用途      | 毒劇該当  |
|------|-----------------|------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| タンニン | タンニン酸           | Tannic acid                        | 91  | 0 — 200  | mg/l (Tan. Ac.)                         | 液体       | PL65Tannin1<br>PL30Tannin2                                                                                           | PL Tannin N°1<br>PL Tannin N°2                                                                       |         | 該当なし  |
|      | オゾン (塩素を含む場合)   | Ozone                              | 92  | 0 — 2.7  | mg/l (O <sub>3</sub> )                  | 液体       | PL30-/PL65DPD1A<br>PL30-/PL65DPD1B<br>PL30-/PL65DPD3C                                                                | PL DPD 1 A<br>PL DPD 1 B<br>PL DPD 3 C                                                               | ⑨       | 該当なし  |
|      | オゾン (塩素を含まない場合) | Ozone                              | 92  | 0 — 2.7  | mg/l (O <sub>3</sub> )                  | 液体       | PL30-/PL65DPD1A<br>PL30-/PL65DPD1B<br>PL30-/PL65DPD3C<br>PL30DPDGlycine                                              | PL DPD 1 A<br>PL DPD 1 B<br>PL DPD 3 C<br>PL DPD Glycine                                             | ⑨       | 該当なし  |
|      | マンガン            | Magnesium (tab)                    | 93  | 0 — 100  | mg/l (Mg)                               | タブレット    | TbsPMag                                                                                                              | Magnesium Photometer                                                                                 | ● ● ●   | ✓     |
|      | クロム             | 六価クロム<br>Chrom<br>(hexavalent tab) | 94  | 0 — 2.2  | mg/l (Cr <sup>6+</sup> )                | タブレット    | TbsHChro1<br>PPPCChro2                                                                                               | Chromium N°1 Photometer<br>Chromium N° 2                                                             | ● ● ●   | 該当なし  |
|      | 塩素              | クロラミン<br>(モノ-/ジ-)                  | 95  | 0 — 8    | mg/l (fCl)                              | タブレット    | TbsPD1<br>TbsPD2<br>TbsPD3                                                                                           | DPD N°1 Photometer<br>DPD N°2 Photometer<br>DPD N°3 Photometer                                       | ● ● ●   | 該当なし  |
|      | モリブデン酸塩         | モリブデン酸塩 (低濃度)                      | 96  | 0 — 15   | mg/l (MoO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )□ | タブレット    | TbsHMDL1<br>TbsPMDL2                                                                                                 | Molybdate LR N°1 Photometer<br>Molybdate LR N°2 Photometer                                           | ● ● ●   | 該当なし  |
|      | 亜硝酸塩            | 亜硝酸塩 (低濃度, タブレット)                  | 97  | 0 — 1500 | mg/l (NaNO <sub>2</sub> )               | タブレット    | TbsHNIHR1<br>TbsPNIHR2                                                                                               | Nitrite HR N°1 Photometer<br>Nitrite HR N°2 Photometer                                               | ⑧       | 該当なし  |
|      | フェノール           | フェノール                              | 98  | 0 — 5    | mg/l (C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> OH) | タブレット    | TbsHPhen1<br>TbsPPhen2<br>TbsPPhen3                                                                                  | Phenol N°1 Photometer<br>Phenol N°2 Photometer<br>Phenol N°3 Photometer                              | ● ● ●   | 該当なし  |
|      | ニッケル            | ニッケル (高濃度liq)                      | 100 | 0 — 10   | mg/l (Ni)                               | 液体       | PL65NickHR1<br>PL30NickHR2<br>PL60NickHR3                                                                            | PL Nickel HR N°1<br>PL Nickel HR N°2<br>PL Nickel HR N°3                                             | ● ● ●   | ✓     |
|      | 亜硝酸塩            | 亜硝酸塩 (高濃度,液体)                      | 101 | 0 — 3000 | mg/l (NaNO <sub>2</sub> )               | 液体       | PL30-/PL65NitriteHR2<br>PLpow40NitriHR1                                                                              | Nitrite HR N°2<br>Nitrite HR 1                                                                       | ⑧       | 該当なし  |
|      | クロム             | 六価クロム<br>Chrom<br>(hexavalent liq) | 103 | 0 — 1    | mg/l (Cr <sup>6+</sup> )                | 粉末<br>液体 | PLpow10Chromate1<br>PL-30/PL65Chromate2                                                                              | PL Chromate 1<br>PL Chromate 2                                                                       | ● ● ●   | ✓     |
|      | 亜硫酸塩            | 亜硫酸塩 (高濃度, タブレット)                  | 105 | 0 — 300  | mg/l (Na <sub>2</sub> SO <sub>3</sub> ) | タブレット    | TbsHSULFTHR1<br>TbsPSULFTHR2                                                                                         | Sulphite HR N°1 Photometer<br>Sulphite HR N°2 Photometer                                             | ● ● ● ⑧ | 該当なし  |
|      | 亜塩素酸塩           | 亜塩素酸塩                              | 106 | 0 — 8    | mg/l (ClO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )   | 液体       | PL30DPD1A/PL65DPD1A<br>PL30DPD1B/PL65DPD1B<br>PL30DPD3C/PL65DPD3C<br>PL30DPDGlycine<br>PL30DPDAcidif<br>PL30DPDNeutr | PL DPD 1 A<br>PL DPD 1 B<br>PL DPD 3 C<br>PL DPD Glycine<br>PL DPD Acidifying<br>PL DPD Neutralising | ● ● ●   | 該当なし  |
|      | 色度<br>(フィルター使用) | Colour (Hazen/APHA)                | 107 | 15 — 500 | mg/l (Pt-Co)                            | —        | —                                                                                                                    | —                                                                                                    | ● ● ●   | 薬品不使用 |

PrimeLab2.0 パラメータ・試薬リスト

※ 本資料は事前の通知なく変更となる可能性がありますので、予めご了承ください。

用途：● 上水 ● 下水 ● 海水 ⑧ ボイラ ⑨ プール ⑩ 船舶

| グループ                                                                                                                                                                                                        | 説明                                    | パラメータ                  | ID  | 測定範囲       | 単位                                                      | 試薬タイプ       | 型式                                                                                     | 試薬                                                                                 | 用途  | 毒劇該当  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 色度<br><br>塩素<br><br>PTSA<br>(1,3,6,8-ピレンテトラスルホン酸 四ナトリウム塩)<br><br>濁度<br><br>フルオレセイン<br><br>尿素<br><br>アルカリ度<br><br>塩素<br><br>塩化物<br><br>鉄<br><br>臭素<br><br>塩素<br><br>二酸化塩素<br><br>鉄<br><br>モリブデン酸塩<br><br>硫化物 | 色度 (フィルターなし)                          | Colour (Hazen/APHA)    | 107 | 15 — 500   | mg/l (Pt-Co)                                            | —           | —                                                                                      | —                                                                                  | ●●● | 薬品不使用 |
|                                                                                                                                                                                                             | 全酸化物                                  | Total oxidant          | 108 | 0.03 — 4   | mg/l (tCl <sub>2</sub> )                                | 液体          | PL30-/PL65DPD1A<br>PL30-/PL65DPD1B<br>PL30-/PL65DPD3C<br>PL30DPDAcidif<br>PL30DPDNeutr | PL DPD 1 A<br>PL DPD 1 B<br>PL DPD 3 C<br>PL DPD Acidifying<br>PL DPD Neutralising | ●●● | 該当なし  |
|                                                                                                                                                                                                             | PTSA<br>(1,3,6,8-ピレンテトラスルホン酸 四ナトリウム塩) | PTSA                   | 111 | 0 — 1000   | μg/l (PTSA)                                             | —           | —                                                                                      | —                                                                                  | ●●● | 薬品不使用 |
|                                                                                                                                                                                                             | 濁度 (NTU)                              | Turbidity-NTU          | 112 | 0.5 — 1000 | NTU (Turb)                                              | —           | —                                                                                      | —                                                                                  |     | 薬品不使用 |
|                                                                                                                                                                                                             | フルオレセイン                               | Fluorescein            | 113 | 0 — 500    | μg/l (C <sub>20</sub> H <sub>12</sub> O <sub>5</sub> )□ | —           | —                                                                                      | —                                                                                  | ⑧   | 薬品不使用 |
|                                                                                                                                                                                                             | 尿素                                    | Urea                   | 120 | 0.1 — 2.5  | mg/l ((NH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> CO)               | 粉末          | PPHAM1<br>PPPAM2<br>PL30Urea1<br>PL10Urea2                                             | Ammonia N°1 Photometer<br>Ammonia N°2 Photometer<br>PL Urea N°1<br>PL Urea N°2     | ●●● | ✓     |
|                                                                                                                                                                                                             | Mアルカリ度 (高濃度)                          | Alkalinity M (HR tab)  | 121 | 0 — 500    | mg/l (CaCO <sub>3</sub> )                               | タブレット       | TbsPTAHR                                                                               | Alkalinity-M HR Photometer                                                         | ●⑨  | 該当なし  |
|                                                                                                                                                                                                             | 塩素 (中濃度)<br>(遊離/結合/全)                 | Chlorine (MR tab) free | 122 | 0 — 10     | mg/l (fCl <sub>2</sub> )                                | タブレット       | TbsPD1MR<br>TbsPD3MR                                                                   | DPD N°1 MR Photometer<br>DPD N°3 MR Photometer                                     | ●●● | 該当なし  |
|                                                                                                                                                                                                             | 塩化物                                   | Chloride               | 124 | 0 — 100    | mg/l (Cl <sup>-</sup> )                                 | 液体          | PL65Chloride1<br>PL65Chloride2                                                         | PL Chloride N°1<br>PL Chloride N°2                                                 | ●●● | ✓     |
|                                                                                                                                                                                                             | 鉄 (中濃度)                               | Iron MR                | 127 | 0 — 10     | mg/l (Fe <sup>2+</sup> )                                | 粉末          | PLpow20IronMR2                                                                         | PL Iron MR N°2                                                                     | ●●● | 該当なし  |
|                                                                                                                                                                                                             | 臭素                                    | Bromine pp             | 128 | 0 — 18     | mg/l (Br <sub>2</sub> )                                 | 粉末          | PPPD150                                                                                | DPD N°1 Photometer                                                                 | ●●● | 該当なし  |
|                                                                                                                                                                                                             | 塩素<br>(遊離/結合/全)粉末                     | Chlor-pp               | 129 | 0 — 8      | mg/l (fCl <sub>2</sub> )                                | 粉末          | PPPD150                                                                                | DPD N°1 Photometer<br>DPD N°3 Photometer                                           | ●●● | 該当なし  |
|                                                                                                                                                                                                             | 二酸化塩素                                 | Chl-Diox-pp            | 130 | 0 — 15     | mg/l (ClO <sub>2</sub> )                                | タブレット<br>粉末 | PPPD1<br>TbsHGC50                                                                      | DPD N° 1 Photometer<br>Glycine                                                     | ●●● | 該当なし  |
|                                                                                                                                                                                                             | 鉄<br>全鉄 (低濃度)                         | Iron-tot-LR-pp         | 132 | 0 — 3      | mg/l (Fe <sup>2+</sup> /Fe <sup>3+</sup> )              | 粉末          | ppFerVer1                                                                              | FerroVer Iron (PP)                                                                 | ●●● | 該当なし  |
|                                                                                                                                                                                                             | モリブデン酸塩<br>モリブデン酸塩 (高濃度pp)            | Molybdate (HR pp)      | 134 | 0 — 40     | mg/l (MoO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )                  | 粉末          | PPmolyver1<br>PPmolyver2<br>PPmolyver3                                                 | MolyVer 1 (PP)<br>MolyVer 2 (PP)<br>MolyVer 3 (PP)                                 | ●●● | 該当なし  |
|                                                                                                                                                                                                             | 硫化物                                   | Sulphide               | 140 | 0 — 0.7    | mg/l (S <sup>2-</sup> )                                 | 液体          | HaSulfide1<br>HaSulfide2                                                               | Sulfide 1<br>Sulfide 2                                                             |     | ✓     |

PrimeLab2.0 パラメータ・試薬リスト

※ 本資料は事前の通知なく変更となる可能性がありますので、予めご了承ください。

用途：● 上水 ● 下水 ● 海水 ⑧ ボイラ ⑨ プール ⑩ 船舶

| グループ   | 説明                         | パラメータ                  | ID  | 測定範囲         | 単位                                        | 試薬タイプ       | 型式                                              | 試薬                                                                                                                                            | 用途    | 毒劇該当 |
|--------|----------------------------|------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| レジオネラ菌 | レジオネラ菌<br>(カウントダウン + 試験)   | Legionella - liq       | 147 | 60 — 1000000 | cfu/test (Leg)                            | 試薬キット       | LGP-10/-20/-40/-100                             | Legipid Kit 10                                                                                                                                | ●     | ✓    |
|        | レジオネラ菌<br>(カウントダウンなし + 試験) | Legionella - liq       | 147 | 60 — 1000000 | cfu/test (Leg)                            | 試薬キット       | LGP-10/-20/-40/-100                             | Legipid Kit 10                                                                                                                                | ●     | ✓    |
| 硬度     | 全硬度(高濃度)                   | Hardn.- Total (HR)     | 148 | 0 — 500      | mg/l (CaCO <sub>3</sub> )□                | 液体          | PL2010TH12                                      | Total Hardness                                                                                                                                | ●     | 該当なし |
| 尿素     | 尿素 (高濃度)                   | Urea (HR)              | 150 | 0.2 — 5      | mg/l ((NH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> CO) | 粉末          | PPHAM1<br>PPPAM2<br>PL30Urea1<br>PL10Urea2      | Ammonia N°1 Photometer<br>Ammonia N°2 Photometer<br>PL Urea N°1<br>PL Urea N°2                                                                | ● ●   | ✓    |
| リン     | 全リン (低濃度)                  | Phosphorus-Total (LR)  | 153 | 0 — 2.6      | mg/l (P)                                  | 粉末          | IPL153-kit                                      | 50 Phosphorus LR vial<br>30 ml PL Phosphrous LR N°1<br>10g PL Phosphrous N°2<br>100 powder p. Phosphate LR N°1<br>50 tablets Phosphate LR N°2 | ● ● ● | ✓    |
| リン     | 全リン (高濃度)                  | Phosphorus-Total (HR)  | 154 | 0 — 52       | mg/l (P)                                  | 粉末          | IPL154-kit                                      | 50 Phosphorus HR vial<br>30 ml PL Phosphrous HR N°1<br>10g PL Phosphrous N°2<br>100 powder p. Phosphate HR N°1<br>50 tablets Phosphate HR N°2 | ● ● ● | ✓    |
| アンモニア  | アンモニア (高濃度)                | Ammonia (HR)           | 155 | 1 — 50       | mg/l (N)                                  | 試薬キット       | PL155-kit                                       | Ammonia HR Kit                                                                                                                                | ● ● ● | ✓    |
| シアン化物  | シアン化物                      | Cyanide                | 158 | 0.01 — 0.5   | mg/l (CN <sup>-</sup> )                   | 試薬キット       | PL158-kit                                       | PrimeLab Cyanide Kit                                                                                                                          | ● ●   | 該当なし |
| マンガン   | マンガン (超低濃度)                | Manganese VLR          | 161 | 0 — 0.03     | mg/l (Mn)                                 | タブレット       | TbsHMagVLR1<br>TbsPMagVLR2                      | Manganese VLR N°1 Photometer<br>Manganese VLR N°2 Photometer                                                                                  | ● ● ● | 該当なし |
| 過酸化水素  | 過酸化水素 (高濃度)                | Hydrogen Peroxide (HR) | 162 | 0 — 200      | mg/l (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> )     | タブレット<br>粉末 | TbsHAFPP<br>PPPHPHR                             | Acidifying PT Photometer<br>Hydrogen Peroxide HR Photometer                                                                                   | ⑨     | 該当なし |
| 溶存酸素   | 溶存酸素                       | Dissolved Oxygen       | 163 | 0 — 10       | mg/l (O <sub>2</sub> )                    | 液体          | PL10-/PL30DO1<br>PL10-/PL30DO2<br>PL10-/PL30DO3 | PL Dissolved Oxygen N°1<br>PL Dissolved Oxygen N°2<br>PL Dissolved Oxygen N°3                                                                 | ●     | ✓    |
| 過酢酸    | 過酢酸 (低濃度)                  | Peracetic Acid LR      | 164 | 0 — 10       | mg/l (PAA)                                | タブレット       | TbsPD4                                          | DPD N°4 Photometer                                                                                                                            | ● ●   | 該当なし |
| 過酢酸    | 過酢酸 (高濃度)                  | Peracetic Acid HR      | 165 | 0 — 300      | mg/l (PAA)                                | 粉末          | PPPCIHR<br>PPHAFG                               | Chlorine HR (KI) Photometer<br>Acidifying GP                                                                                                  | ● ●   | 該当なし |
| 硬度     | カルシウム硬度                    | Hardn.- Calcium        | 166 | 0 — 500      | mg/l (CaCO <sub>3</sub> )□                | 液体          | PL2020CH12                                      | Calcium Hardness Photometer                                                                                                                   | ●     | 該当なし |
| 硝酸塩    | 硝酸塩 (高濃度)                  | Nitrate                | 169 | 1 — 100      | mg/l (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )      | 粉末          | PPHNitra1<br>PPPNitra2                          | Nitrate N°1 Photometer<br>Nitrate N°2 Photometer                                                                                              | ● ●   | 該当なし |



PrimeLab2.0 パラメータ・試薬リスト

※ 本資料は事前の通知なく変更となる可能性がありますので、予めご了承ください。

用途：● 上水 ● 下水 ● 海水 ⑧ ボイラ ⑨ プール ⑩ 船舶

| グループ  | 説明           | パラメータ             | ID  | 測定範囲    | 単位                                    | 試薬タイプ | 型式                                                                                                                   | 試薬                                                                                 | 用途  | 毒劇該当  |
|-------|--------------|-------------------|-----|---------|---------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 透過率   | 透過率          | Transmission      | 170 | 0 — 100 | % (Trnsm)                             | —     | —                                                                                                                    | —                                                                                  |     | 薬品不使用 |
| 亜硫酸塩  | 亜硫酸塩（高濃度、液体） | Sulphite (HR liq) | 174 | 0 — 200 | mg/l (SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> ) | 液体    | PL65OxyScav1<br>PL65OxyScav2                                                                                         | PL Oxygen Scavenger 1<br>PL Oxygen Scavenger 2                                     |     | ✓     |
| フッ化物  | フッ化物（塩素非含有）  | Fluoride          | 180 | 0 — 2   | mg/l (F <sup>-</sup> )□               | 液体    | PL100SPANDNSF                                                                                                        | PL SPADNS Fluoride                                                                 | ●●● | ✓     |
| 塩素    | 総残留塩素        | Chlorine Total    | 191 | 0 — 4   | mg/l tCl <sub>2</sub>                 | 液体    | PL30DPD1A/PL65DPD1A<br>PL30DPD1B/PL65DPD1B<br>PL30DPD3C/PL65DPD3C<br>PL30DPDGlycine<br>PL30DPDAcidif<br>PL30DPDNeutr | PL DPD 1 A<br>PL DPD 1 B<br>PL DPD 3 C<br>PL DPD Acidifying<br>PL DPD Neutralising |     | 該当なし  |
| アルカリ度 | Mアルカリ度       | PL Alkalinity     | 193 | 0 — 200 | mg/l (CaCO <sub>3</sub> )             | 液体    |                                                                                                                      | PL Alkalinity M                                                                    |     | 該当なし  |